

重庆市市场监督管理局

广告审查准予许可决定书

渝广审准许字[2026]第 0149 号

重庆金山科技集团股份有限公司：

我局于 2026 年 01 月 13 日 受理你（单位）提交的 医疗器械 广告审查申请。产品名称为 内镜用二氧化碳送气装置，产品注册证明文件或者备案凭证编号为 渝械注准 20182060047。

经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国广告法》、市场监管总局《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》等法律和规章规定，我局决定批准你（单位）的申请，编发广告批准文号：渝械广审（文）第 280113-00055 号，有效期限至 2028 年 01 月 13 日。

如对本决定书持有异议的，可以自收到本决定书之日起六十日内依据《中华人民共和国行政复议法》的规定，向重庆市人民政府或者国家市场监督管理总局申请行政复议，也可以自收到本决定书之日起六个月内依据《中华人民共和国行政诉讼法》的规定，直接向人民法院提起行政诉讼。

附：广告样件

重庆市市场监督管理局

2026 年 01 月 13 日

内镜用二氧化碳送气装置

渝械广审(文)第 号

型号: JSQB-P1



型号: JSQB-D1、JSQB-D2、JSQB-D3、
JSQB-T1、JSQB-T2、JSQB-T3

注意事项:

使用前必须详细阅读说明书安全注意事项, 以避免以下危险情况的发生。

- 未经培训人员的误操作
- 由环境引起的危害
- 电击危险
- 气体输入/输出管路未连接好
- 输入气源类别连接错误
- 输入气源压力超出允许范围
- 受损装置使用

禁忌症

需吸氧的慢阻肺患者;
已知 CO₂ 滞留的患者;
45 天之内使用过阿片类镇定剂的患者;
孕妇。

该产品并不适用于所有人, 不得用于患有禁忌症的受试者, 禁忌内容或注意事项详见说明书。

渝食药监械生产许20160025号

生产企业: 重庆金山科技集团股份有限公司

邮政编码: 401120

渝械注准 20182060047

地址: 重庆市渝北区霓裳大道18号金山国际工业城

电话: 023-86098088